



Narodowe Centrum Badań Jądrowych  
National Centre for Nuclear Research  
ŚWIERK

Znak: AZP.273.46.2019

Otwock-Świerk, dnia 25.02.2019r.

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych  
05-400 Otwock-Świerk  
ul. Andrzeja Sołtana 7

Dotyczy zapytania ofertowego na „ Dostawę cyrkulatora z obciążeniem wodnym”.

W związku z pytaniami do zapytania ofertowego wyjaśniam, co następuje:

**Pytanie nr 1**

“W nawiązaniu do Waszego w/w zapytania otrzymaliśmy pytanie od producenta odnośnie przedstawionego na rysunku 1 specyfikacji cyrkulatora, a w szczególności wymiarów obciążenia (load) dł. 640 mm i kształtu. **Czy jest to wymóg obowiązujący, czy może być nieco inny kształt i wymiar – przy zachowaniu wszystkich pozostałych interesujących Was parametrów?”**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymiarów i kształtu cyrkulatora, ponieważ gabaryty te są dostosowane do istniejącej konstrukcji.

Zastępca Dyrektora  
Narodowego Centrum Badań Jądrowych  
ds. Administracji i Inżynierii Technicznych

.....  
*Marek Juszczyk*  
(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby przez niego upoważnione)