



Znak: ZP/4/2016

Otwock-Świerk, dnia 17.03.2016 r.

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Soltana 7
05-400 Otwock-Świerk

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na jest **dostawa aparatury próżniowej do budowy akceleratora – część I**.

W związku z pytaniami do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1 – odnośnie pkt 2. Kontroler (kontrolery) pomp jonowych wraz z pompami 1 kpl.:
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy jonowej „Dioda 20l/s wraz z magnesem” o szybkości pompowania 20 l/s?

Odpowiedź:

Nie, zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany – wymagana dla tej aplikacji prędkość pompowania to 27l/s i jest to prędkość minimalna.

Pytanie 2 – odnośnie pkt 2. Kontroler (kontrolery) pomp jonowych wraz z pompami 1 kpl.:
Czy Zamawiający dopuszcza aby „Wymagany poziom startowy pracy” wynosił 1×10^{-3} mbar dla zaoferowanej pompy jonowej „Dioda 20l/s wraz z magnesem”? Jest to niewielka różnica w stosunku do podanej wartości $1,3 \times 10^{-3}$ mbar, a jednocześnie nowoczesne układy próżniowe umożliwiają osiągnięcie o wiele niższych ciśnień, które są bardziej sprzyjające dla pomp jonowych i dzięki temu wydłużających ich żywotność.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką zmianę pod warunkiem, że czas życia pompy pozostanie zachowany

Pytanie 3 – odnośnie pkt 2. Kontroler (kontrolery) pomp jonowych wraz z pompami 1 kpl.:
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy jonowej „Dioda 20l/s wraz z magnesem” o wadze 16 kg? Jest to niewielka różnica od podanej wagi 15kg. Takie ustępstwo umożliwiłoby wolną konkurencję.

Odpowiedź:

Nie, zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany – pompa będzie zainstalowana jako element struktury przyspieszającej na konstrukcji struktury, każdy dodatkowy ciężar utrudnia prace instalacyjno-montażowe oraz zwiększa masę całkowitą urządzenia

Dyrektor
Narodowego Centrum Badań Jądrowych

dr hab. Krzysztof Kurek

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)