

Znak: IZP.270.78.2020

Otwock-Świerk, dnia 03.09.2020r.

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa lampy wyładowczej rentgenowskiej do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku (II)”

Zamawiający przytacza treść zapytań oraz na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany treści SIWZ:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści lampę o napięciu pracy w zakresie 150-450kV? Uzasadnienie: Zamawiane urządzenie jest wysoce niszowym produktem i obecnie na rynku nie występuje produkt o parametrach podanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Lampa RTG pracująca w zakresie napięć od 150kV do 450kV spełnia wymagania Zamawiającego.

Pytanie 2

W paragrafie 6, punkt 4 Zamawiający oczekuje, że zgłoszone wady przedmiotu zostaną usunięte w przeciągu 21 dni roboczych. Niemożliwym jest zobowiązanie się do takiego terminu ze względu na specyfikę produktu, a także lokalizację autoryzowanego serwisu w Szwecji. Biorąc pod uwagę czasy dostawy poszczególnych elementów, to w najtrudniejszym przypadku naprawa może zająć do 35 dni roboczych. Jest to niezwykle rzadki przypadek, ale ze względu na obecność kar umownych musi zostać wzięty pod uwagę. W związku z tym pytamy:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie okresu niezbędnego do usunięcia wady w ramach gwarancji do 35 dni roboczych?.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie okresu niezbędnego na usunięcie wady do 35 dni roboczych.

W związku z powyższym zmianie ulega § 6 ust. 4 umowy, który otrzymuje brzmienie:

Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego nie przekroczy 2 dni roboczych. Przez reakcją Wykonawcy Strony rozumieją zdiagnozowanie zgłoszonej wady oraz określenie okresu niezbędnego na jej usunięcie, nie dłuższego niż 35 dni roboczych.

Powyższe stanowi integralną część SIWZ.

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)