



Znak: AZP.270.32.2018

Otwock-Świerk, dnia 25.09.2018r.

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 2 szt. oscyloskopów do siedziby Narodowego Centrum Badań Jądrowych”.

W związku z pytaniami do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oscyloskopu z ekranem dotykowym 15 cali, który nie posiada funkcjonalności wyzwalania strefowego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza oscyloskop z ekranem dotykowym 15 cali, który nie posiada funkcjonalności wyzwalania strefowego, o ile oscyloskop posiada opcję wyzwalania w oknie analogowym dla impulsu wchodzącego, wychodzącego lub wewnątrz określonego okna napięciowego.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oscyloskopu, który dla impedancji wejść 1MΩ zapewnia maksymalne pasmo 500MHz dla pełnego zakresu czułości? W tym trybie oscyloskop automatycznie dopasowuje się pasmem do 500MHz pasma sond pasywnych dołączonych do zestawu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oscyloskopu o ww. parametrze, o ile ograniczenie pasma nie dotyczy impedancji wejść 50 ohm.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Zastępca Dyrektora
Narodowego Centrum Badań Jądrowych
ds. Administracyjno-Technicznych


mgr. Małek Juszczyk

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnione)